

COMUNICADO

DO DIRETOR-GERAL DA SAÚDE



NÚMERO: C35.01.v1

DATA: 21/12/2011

Implantes mamários de silicone pré-cheios do fabricante Poly Implant Prothese

No seguimento das informações divulgadas pelas Autoridades de Saúde francesas sobre a suspeita de complicações decorrentes da colocação de implantes mamários de silicone pré-cheios do fabricante Poly Implant Prothese (PIP), comunica-se:

1. Em Portugal cerca de 3% de todas as próteses mamárias implantadas são da marca PIP, estimando-se que 1500 a 2000 portuguesas tenham estas próteses implantadas;
2. Em Março de 2010 o INFARMED suspendeu, em Portugal, a comercialização de implantes mamários daquela marca;
3. Nestes termos, se bem que não se considere uma emergência, aconselham-se as mulheres que fizeram implantes da marca PIP a consultarem o cirurgião ou médico assistente na Unidade onde lhes foi colocado o implante a fim de poderem ser submetidas a exames de vigilância;
4. A Direção-Geral da Saúde mantém-se em contacto com representantes do INFARMED, IPO e Ordem dos Médicos, bem como com a Comissão Europeia, para além dos administradores da empresa importadora.

Francisco George
Diretor-Geral da Saúde